

## Wyjaśnienia i modyfikacja zapytania ofertowego

W związku z zapytaniem dotyczącym treści zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie Zamawiający wyjaśnia co następuję:

### Dotyczy poz. 5

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści stolik o wymiarach 850 x 750 x 450 mm plus pojemnik na odpady ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stolik zabiegowy o wymiarach: 850 x 750 x 450 mm plus dwa uchylne pojemniki na odpady ze stali nierdzewnej.

### Dotyczy poz. 6

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o wymiarach 1880 x 550 x 510 mm i kątem nachylenia  $\pm 40^\circ$ ?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kozetkę o wymiarach 1880 x 550 x 510 mm i regulowanym zagłówkiem w zakresie:  $\pm 40^\circ$ .

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostałe warunki określone w zapytaniu ofertowym nie ulegają zmianie.

Rzeszów, 29.09.2016 r.

29.09.2016   
KIEROWNIK GOSPODARCZY  
.....  
(data i podpis pracownika) Pasterz

  
DYREKTOR  
.....  
(data i podpis Dyrektora) myj marlene Bepko